

**Bonne
Semaine du contrôle
des infections !**

PCI – Flash info n° 4



RÉSEAUX RÉGIONAUX DE
CONTRÔLE DES INFECTIONS

Donner un coup de main à la santé

Le nettoyage et la désinfection pour les soins de santé

Le saviez-vous?

- Le nettoyage est une étape essentielle du processus de désinfection.
- On ne peut pas désinfecter ou stériliser effectivement un objet qui n'a pas été nettoyé convenablement.
- Toute pièce d'équipement réutilisable doit être lavée avant de servir de nouveau.

Nettoyer signifie enlever la contamination de l'équipement ou des surfaces environnementales par l'action physique, plutôt que la destruction des microorganismes.

Désinfecter signifie rendre inactifs les microorganismes pathogènes. La désinfection ne détruit pas les spores bactériennes.

La désinfection de bas niveau élimine les bactéries végétatives, certains fungi et les virus enveloppés. Elle sert à désinfecter l'équipement médical non critique et certaines surfaces non environnementales.

La désinfection de haut niveau élimine les bactéries végétatives, les virus enveloppés et non enveloppés, les fungi et les mycobactéries. Elle sert à désinfecter l'équipement médical semi-critique.

Classification de Spaulding pour l'équipement médical et le niveau de traitement requis

Classification	Définition	Niveau de traitement
Équipement non critique	L'équipement qui touche seulement la peau intacte et non les muqueuses, ou l'équipement qui ne touche pas le client directement.	Le nettoyage suivi de la désinfection de bas niveau. Parfois il est acceptable de nettoyer seulement.
Équipement semi-critique	L'équipement qui entre en contact avec une lésion cutanée ou les muqueuses, mais sans pénétration.	Au minimum, le nettoyage suivi de la désinfection de haut niveau. La stérilisation est préférable.
Équipement critique	L'équipement qui pénètre dans les tissus stériles, y inclus le système vasculaire.	Le nettoyage suivi de la stérilisation.